酸素呼吸器用ボンベ仕様書

川越地区消防組合

１　趣旨

この仕様書は、川越地区消防組合が令和６年度に購入する酸素呼吸器用ボンベの仕様を定めたものである。

２　適用規格

高圧ガス保安法に基づき、容器保安規則に適合したものであること。

３　品名・規格・数量等

⑴　品名等

エア・ウォーター防災株式会社製

定量・デマンド併用式循環式酸素呼吸器用高圧酸素容器（２４１５Ｃ）

※　２０２４年以降に製造されたもの

※　酸素呼吸器用２４１５Ｃ容器取付キット５式含む

⑵　材　質　　カーボン繊維製 FRP・アルミニウム合金

⑶　内容積（リットル）　　２．４

⑷　最高充てん圧力（ＭＰａ）　　１４．７

⑸　数　量　１０本

４　その他

⑴　票紙（巻き込みラベル）、所有者登録番号を一定位置に表示するよう加工すること。

⑵　所有者登録番号「Ｅ１１０」の刻印されたアルミ箔を貼り付けること。

⑶　そく止弁用の金属製保護キャップを取付けて納品すること。

⑷　受注者は、当組合で購入する酸素呼吸器用ボンベと同数の容器を引き取ること。

⑸　納入後、必要に応じて隊員へ取扱説明を実施すること。

５　納品場所

川越地区消防局　警防課

６　納期

令和６年８月３０日（金）

７　保証

保証期間は、引渡し後１年間とし、正常な取扱いにより発生した不具合に対して受注者は速やかに交換、または無償修理を行うものとする。

８　仕様書の解釈、疑義事項等

本仕様書は、主要事項の明示であるため、仕様書の定めのない事項に関しても酸素呼吸器用ボンベとして当然具備していなければならない機材は、受注者の責任において装備すること。また、この仕様書に関して疑義が発生した場合は事前に当組合担当者と調整を図ること。

９　担当

警防課　装備担当

TEL　０４９-２２２－５８９１　FAX　０４９-２２４－２２１１