

令和 7 年度

高度救命処置用資機材仕様書

(更新)

名細救急 1

川越地区消防組合

高度救命処置用資機材仕様書

本仕様書は、川越地区消防組合（以下「当組合」という。）が、令和 7 年度に救急高度化推進事業として整備する 1 台の高規格救急自動車の積載品及び高度救命処置用資機材について定めるものとする。

第 1 総 則

- 1 本仕様書に定めるほか、国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額（平成 16 年 3 月 30 日総務省告示第 281 号）及び緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱（平成 18 年 4 月 1 日消防消第 49 号）、並びにその他関係法令及び通達の定める規格要件に適合したものとする。
- 2 積載品、高度救命処置用資機材はすべて新規製品とし、使用期限に留意すること。
- 3 本仕様書のほか、メーカーが公表した仕様、標準取付品及び積載品等はすべて納入すること。
- 4 本仕様書の資機材は、救急自動車の受注者と打合せのうえ、車両に搭載して納入すること。
- 5 メーカー及び型式等の指定のあるものについては、原則としてこれによるものとするが、同等以上の規格性能を有すると当組合が承認した場合はこの限りではない。
- 6 各資機材の取扱方法について、納入後十分習熟できるように受注者が教育するものとし、その費用は受注者の負担とする。
- 7 酸素ボンベについて、納入する本数と同数を引き取り、処分を行うこと。なお、処分後はマニフェストを提出すること。
- 8 バッテリーパックは、製造から 1 年以内のものを納入すること。
- 9 保証期間は、納入の日から起算して 1 2 箇月間とする。ただし、保証期間終了後といえども設計・製作・材料不良に起因する事故等の欠陥を認めたときは、すべて無償で修理、交換するほか、長期間において、各資機材・装備品の部品調達ができるように配慮すること。
- 10 本仕様書について疑義、変更等が生じた場合は、当組合に連絡し指示を受けること。
- 11 高規格救急自動車（名細救急 1）の納入に合わせて納入すること。
- 12 納入場所は、川越地区消防局とする。
- 13 納入数量は、1 式とする。
- 14 納入期限
令和 8 年 2 月 2 7 日（金）とする。
- 15 担 当 消防局 救急課救急担当 電 話 049-222-0160 F A X 049-224-2211
E-mail kyukyu@union.kawagoe119.lg.jp

第 2 関係書類

次の資料を資機材納入時に必要数当組合に提出すること。

- 1 納品書（内訳書を含む）
- 2 取扱説明書
- 3 その他当組合が必要と認めるもの

第 3 救急用資機材

1 【補助対象】 高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

(1) 気道確保用資機材一式

	品 名	規格・型式	数量
1	喉頭鏡	オプティマ ファイバーLED ハンドル ブレード (マッキントッシュ型) #1, 2, 3, 4 (各 1 個)、収納ケース	1 式
2	スミウェイWBチューブ	3 本入り	1 箱
3	スタイレット	滅菌スタイレット 大人用 (表面をポリ塩化ビニール等で被覆しているもの)	10 本
4	ラリングルチューブ	サクシヨンLTS サイズ 3・4・5 (各 2 本)	1 式
5	ラリングアルマスク	サイズ #1 #1.5 #2 #2.5 #3 #4 #5 (各 1 個)	1 式
6	気管内チューブ	ソフトシールカフ付 (10 本入り、各 1 箱) サイズ 6mm・7mm・7.5mm・8mm	1 式

(2) ビデオ喉頭鏡

	品 名	規格・型式	数量
1	ビデオ喉頭鏡	PENTAX エアウェイスコープ AWS-S200 イントロック 3 種 10 本入 (各 1 箱)	1 式

(3) 自動体外式除細動器 (二相波形式)

	品 名	規格・型式	数量
1	自動体外式除細動器	日本光電 TEC-2603	1 式
2	除細動レポート表示ソフトウェア	QP-551V	1 式
3	CO ₂ センサキット	TG-980P	1 式
4	ホルターカード	QM-002D	1 式
5	マルチプローブ	TL-220T (小児用)	1 個
6	カードリーダー	USB 対応	1 個
7	ECG 中継コード	JC-256V	1 本
8	電極リード線	BR-923P	1 本
9	エアウェイアダプタ	YG-211T (30 個入)	1 箱
10	ネイザルアダプタ	YG-221T (30 個入)	1 箱
11	ディスプレイ電極ビトロード	L-150x	1 箱
12	記録器	WS-261V	1 台
13	バッテリーチャージャー	SB-205V	1 台
14	バッテリーパック	SB-220V	1 個
15	除細動パッド	P521 (10 組入)	1 箱
16	電源コードW	L945	1 本

(4) 輸液用資機材

	品 名	規格・型式	数量
1	輸液セット	テルモ T I - U 3 5 7 P 延長チューブ付き三方活栓 20セット入	1 箱
2	留置針	シュアシールドサーフローⅡフラッシュタイプ 1 8 G ・ 2 0 G ・ 2 2 G ・ 2 4 G (5 0 本 各 1 箱)	1 式
3	固定用フィルム	3 M テガダーム 1624W (6 cm × 7 cm 100 枚入)	1 箱

(5) 血糖測定器

	品 名	規格・型式	数量
1	血糖測定器	測定器 メディセーフフィット (ケース付) 穿刺器具 メディセーフファインタッチディスプレイ (90 個入) メディセーフフィットチップ (100 個入)	1 式

(6) 血中酸素飽和度測定器

	品 名	規格・型式	数量
1	血中酸素飽和度測定器	パルスオキシメーターパルスワンⅢ PMP-135 小児用クリッププローブ	1 式

(7) 心電計

	品 名	規格・型式	数量
1	ベッドサイドモニター	日本光電 B S M - 3 5 6 2	1 式
2	バッテリーパック	S B - 6 7 1 P	1 個
3	電極リード線	B R - 9 2 6 P	1 本
4	心電図誘導コード (1 2 誘導)	B J - 9 0 0 P	1 本
5	フィンガープローブ	T L - 2 0 1 T P 2 2 5 F	1 個
6	マルチプローブ	T L - 2 2 0 T P 2 2 5 G	1 個
7	幼児用カフ	ライフメイト Y P - 7 1 0 T	1 個
8	小児用カフ	ライフメイト Y P - 7 1 1 T	1 個
9	成人用カフ (小)	ライフメイト Y P - 7 1 2 T	1 個
1 0	成人用カフ (標準)	ライフメイト Y P - 7 1 3 T	1 個
1 1	成人用カフ (大)	ライフメイト Y P - 7 1 4 T	1 個
1 2	記録紙	F Q W 5 0 - 2 - 1 0 0 1 0 冊入	1 箱
1 3	ディスプレイ電極ビトロード	L - 1 5 0 x	1 箱

(1) 当組合の高規格救急自動車仕様書において、軽微な変更として備えることが出来る取付品及び附属品のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品 名	規格・型式	数量
1	トラウマ／エアウェイ	ファーノ モデル 5100(レッド)・5117(ブルー)	1 式
2	マギール鉗子	25 c m	1 個
3	開口器	エスマルヒ氏型	1 個

(2) 当組合の高規格救急自動車仕様書において、取付品・付属品のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品 名	規格・型式	数量
1	酸素呼吸器	加湿流量計	オキシパック O X - III S ・減圧弁 2 個
		酸素ボンベ 1 0 0 型	アルミ ロレット型「E 1 1 0」打刻印付
		酸素ボンベ 2 0 型	アルミ ロレット型「E 1 1 0」打刻印付
		高濃度酸素マスク	成人用
2	自動式人工呼吸器	メデュマット・イーザー・C P R ライトキャリングセット W M E D - 6 E C 0 0 (点検パック 6 年付き) シリコンマスク サイズ 5 ・ 4 ・ 2 (各 1 個) 3 個	1 式
3	手動式人工呼吸器	A m b u 蘇生バッグ(手動式蘇生器) マークⅣ 成人用・ベビー用(各 1 個)、ベビー用蛇管、収納 バッグ(2 個) シリコンマスク サイズ 5 ・ 4 ・ 2 (各 1 個) フェイスボアサブル フェースマスク(バルブ無) 新生児用 1 箱 (10 個入)	1 式
4	自動式吸引器	車載型電動式 P S P 8 0 ・ W S 1 4 0 0	1 式
5	エアウェイ	大・小(各 1 個)	1 式
6	体温計	テルモ C 2 0 6	1 個

3 【補助対象外】

高度救命処置用資機材のうち、呼吸・循環管理用資機材及び観察用資機材等は次のとおりとする。

	品 名	規格・型式	数量
1	携帯型パルスオキシメーター	コニカミノルタ P U L S O X - Neo	4 個
2	頸椎固定器具	レールダル ステイフネックセレクト 1 個	1 式
		ステイフネック小児用 1 個	
3	聴診器	リットマン カーディオロジーⅣステスコープ 成人・小児両用(ネイビーブルー)	1 個
4	噴霧消毒器	500cc ハンド自在スプレー	1 個

5	体温計	けんおんくんMC-510	1個
6	止血帯	CAT止血帯Gen7 (オレンジ) 2個、(ブルー) 1個	3個
7	ヘッドイモビライザー	ファerno ヘッドイモビライザーモデル445 (バックボード用) ファerno ヘッドイモビライザーモデル445-SP (スカーフストレッチャー用) (各2個)	1式
8	酸素ボンベ10ℓ型	アルミ ロレット型「E110」打刻印付	1本
9	汚物入れ	21cm程度 ステンレス製	1個
10	受水盆	700ml 目盛り付き	1個
11	救急バック	ファerno モデル5135	1個
12	携帯自動式吸引器	LSU4000 (AC・サイトホーチ・ショルダーストラップ付) 予備バッテリー付	1式
13	布担架	エアーストレッチャー FDM CYF-DM2	1式
14	ブレイクアウェイストレッチャー	ファerno プラスチック スライディングバー #12-C 用 ボトムシート マルーン #12-C 用×2	1式
15	簡易携帯型ガートル台	ナビス 往診用イルリガートル台	1式
16	資機材用充電電池	エボルタ (単3×16本、単4×32本) 充電器1個	1式
17	ハサミ	万能ハサミ 1本 レスキューシザーⅡ 1本 臍帯剪刀 (ステンレス製) 1本	1式
18	携帯用人工呼吸器用減圧弁	FLW減圧弁ヨーク型 プロテクター付 バックパック300ソフトケース2個 ガスサプライバルブ (アダプター付)	1式
19	血圧計	タイコス アネロイドウォール型 1式 アネロイドハンド型 DS58 1個 成人用カフ 1個 小児用カフ 1個 乳児用カフ 1個 ダブルジッパーバック 1個 カフポートプラグ 4個	1式
20	バッテリーパック	SB-220V	2個
21	除細動パッド	P521 (10組入)	1箱
22	テプラカートリッジ	幅12mm 白・透明 (各2個)	4個
23	イヤホンマイク	Bluetooth ヘッドセット	2個
24	人工呼吸用マスク	シリコンマスク サイズ5・4・2 (各2個)	6個
25	ホルターカード	QM-002D	1式
26	ディスプレイ電極ビトロード	L-150x	2箱
27	経鼻エアウェイ	SMUエアウェイ サイズ 6mm・7mm・8mm・9mm (各1本)	1式

28	ラリングアルチューブ	サクションLTS サイズ 3・4 (各1本)	1式
29	バッグ	トーマス トランスポートバッグMサイズ 赤色	1個
30	自動心臓マッサージ器	LUCAS3 一式 ・AC電源アダプタ ・予備バッテリー ・バッテリー充電器 ・デイスポーザブル吸着カップ (3個入) ・バックプレート (スリムタイプ) ・バックプレート (スリムタイプ) グリップテープ ・安定用ストラップ ・患者ストラップ (2個入)	1式

4 【補助対象外】

当組合の高規格救急自動車仕様書において、補助対象外のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品 名	規格・型式	数量
1	マギール鉗子	18 c m	1 個

令和 7 年度

高度救命処置用資機材仕様書

(新規)

高階救急 2

川越地区消防組合

高度救命処置用資機材仕様書

本仕様書は、川越地区消防組合（以下「当組合」という。）が、令和 7 年度に救急高度化推進事業として整備する 1 台の高規格救急自動車の積載品及び高度救命処置用資機材について定めるものとする。

第 1 総 則

- 1 本仕様書に定めるほか、国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額（平成 16 年 3 月 30 日総務省告示第 281 号）及び緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱（平成 18 年 4 月 1 日消防消第 49 号）、並びにその他関係法令及び通達の定める規格要件に適合したものとする。
- 2 積載品、高度救命処置用資機材はすべて新規製品とし、使用期限に留意すること。
- 3 本仕様書のほか、メーカーが公表した仕様、標準取付品及び積載品等はすべて納入すること。
- 4 本仕様書の資機材は、救急自動車の受注者と打合せのうえ、車両に搭載して納入すること。
- 5 メーカー及び型式等の指定のあるものについては、原則としてこれによるものとするが、同等以上の規格性能を有すると当組合が承認した場合はこの限りではない。
- 6 各資機材の取扱方法について、納入後十分習熟できるように受注者が教育するものとし、その費用は受注者の負担とする。
- 7 バッテリーパックは、製造から 1 年以内のものを納入すること。
- 8 保証期間は、納入の日から起算して 1 2 箇月間とする。ただし、保証期間終了後といえども設計・製作・材料不良に起因する事故等の欠陥を認めたときは、すべて無償で修理、交換するほか、長期間において、各資機材・装備品の部品調達ができるように配慮すること。
- 9 本仕様書について疑義、変更等が生じた場合は、当組合に連絡し指示を受けること。
- 10 高規格救急自動車（高階救急 2）の納入に合わせて納入すること。
- 11 納入場所は、川越地区消防局とする。
- 12 納入数量は、1 式とする。
- 13 納入期限
令和 8 年 2 月 2 7 日（金）とする。
- 14 担 当 消防局 救急課救急担当 電 話 049-222-0160 F A X 049-224-2211
E-mail kyukyu@union.kawagoe119.lg.jp

第 2 関係書類

次の資料を資機材納入時に必要数当組合に提出すること。

- 1 納品書（内訳書を含む）
- 2 取扱説明書
- 3 その他当組合が必要と認めるもの

第 3 救急用資機材

1 【補助対象】 高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

(1) 気道確保用資機材一式

	品 名	規格・型式	数量
1	喉頭鏡	オプティマ ファイバーLED ハンドル ブレード (マッキントッシュ型) #1, 2, 3, 4 (各 1 個)、収納ケース	1 式
2	スミウェイWBチューブ	3 本入り	1 箱
3	スタイレット	滅菌スタイレット 大人用 (表面をポリ塩化ビニール等で被覆しているもの)	10 本
4	ラリングルチューブ	サクシヨンLTS サイズ 3・4・5 (各 2 本)	1 式
5	ラリングアルマスク	サイズ #1 #1.5 #2 #2.5 #3 #4 #5 (各 1 個)	1 式
6	気管内チューブ	ソフトシールカフ付 (10 本入り、各 1 箱) サイズ 6 mm・7 mm・7.5 mm・8 mm	1 式

(2) ビデオ喉頭鏡

	品 名	規格・型式	数量
1	ビデオ喉頭鏡	PENTAX エアウェイスコープ AWS-S200 イントロック 3 種 10 本入 (各 1 箱)	1 式

(3) 自動体外式除細動器 (二相波形式)

	品 名	規格・型式	数量
1	自動体外式除細動器	日本光電 TEC-2603	1 式
2	除細動レポート表示ソフトウェア	QP-551V	1 式
3	CO ₂ センサキット	TG-980P	1 式
4	ホルターカード	QM-002D	1 式
5	マルチプローブ	TL-220T (小児用)	1 個
6	カードリーダー	USB 対応	1 個
7	ECG 中継コード	JC-256V	1 本
8	電極リード線	BR-923P	1 本
9	エアウェイアダプタ	YG-211T (30 個入)	1 箱
10	ネイザルアダプタ	YG-221T (30 個入)	1 箱
11	ディスプレイ電極ビトロード	L-150x	1 箱
12	記録器	WS-261V	1 台
13	バッテリーチャージャー	SB-205V	1 台
14	バッテリーパック	SB-220V	1 個
15	除細動パッド	P521 (10 組入)	1 箱
16	電源コードW	L945	1 本

(4) 輸液用資機材

	品 名	規格・型式	数量
1	輸液セット	テルモ T I - U 3 5 7 P 延長チューブ付き三方活栓 20セット入	1 箱
2	留置針	シュアシールドサーフローⅡフラッシュタイプ 18G・20G・22G・24G (50本 各1箱)	1 式
3	固定用フィルム	3M テガダーム 1624W (6cm×7cm 100枚入)	1 箱

(5) 血糖測定器

	品 名	規格・型式	数量
1	血糖測定器	測定器 メディセーフフィット (ケース付) 穿刺器具 メディセーフファインタッチディスプレイ (90個入) メディセーフフィットチップ (100個入)	1 式

(6) 血中酸素飽和度測定器

	品 名	規格・型式	数量
1	血中酸素飽和度測定器	パルスオキシメーターパルスワンⅢ PMP-135 小児用クリッププローブ	1 式

(7) 心電計

	品 名	規格・型式	数量
1	ベッドサイドモニター	日本光電 B S M - 3 5 6 2	1 式
2	バッテリーパック	S B - 6 7 1 P	1 個
3	電極リード線	B R - 9 2 6 P	1 本
4	心電図誘導コード (12誘導)	B J - 9 0 0 P	1 本
5	フィンガープローブ	T L - 2 0 1 T P 2 2 5 F	1 個
6	マルチプローブ	T L - 2 2 0 T P 2 2 5 G	1 個
7	幼児用カフ	ライフメイト Y P - 7 1 0 T	1 個
8	小児用カフ	ライフメイト Y P - 7 1 1 T	1 個
9	成人用カフ (小)	ライフメイト Y P - 7 1 2 T	1 個
10	成人用カフ (標準)	ライフメイト Y P - 7 1 3 T	1 個
11	成人用カフ (大)	ライフメイト Y P - 7 1 4 T	1 個
12	記録紙	F Q W 5 0 - 2 - 1 0 0 10冊入	1 箱
13	ディスプレイ電極ビトロード	L - 1 5 0 x	1 箱

2 【補助対象】

(1) 当組合の高規格救急自動車仕様書において、軽微な変更として備えることが出来る取付品及び附属品のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品 名	規格・型式	数量
1	トラウマ／エアウェイ	ファーノ モデル 5100(レッド)・5117(ブルー)	1 式
2	マギール鉗子	25 c m	1 個
3	開口器	エスマルヒ氏型	1 個

(2) 当組合の高規格救急自動車仕様書において、取付品・付属品のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品 名	規格・型式	数量
1	酸素呼吸器	加湿流量計	オキシパック O X - Ⅲ S ・減圧弁 2 個
		酸素ボンベ 1 0 ℓ型	アルミ ロレット型「E 1 1 0」打刻印付
		酸素ボンベ 2 ℓ型	アルミ ロレット型「E 1 1 0」打刻印付
		高濃度酸素マスク	成人用
2	自動式人工呼吸器	メデュマット・イージー・C P R ライトキャリングセット W M E D - 6 E C 0 0 (点検パック 6 年) シリコンマスク サイズ 5 ・ 4 ・ 2 (各 1 個) 3 個	1 式
3	手動式人工呼吸器	A m b u 蘇生バッグ(手動式蘇生器) マークⅣ 成人用・ベビー用(各 1 個)、ベビー用蛇管、収納 バッグ(2 個) シリコンマスク サイズ 5 ・ 4 ・ 2 (各 1 個) フェイスカバー サブル フェースマスク(バルブ無) 新生児用 1 箱 (10 個入)	1 式
4	自動式吸引器	車載型電動式 P S P 8 0 ・ W S 1 4 0 0	1 式
5	エアウェイ	大・小(各 1 個)	1 式
6	体温計	テルモ C 2 0 6	1 個

3 【補助対象外】

高度救命処置用資機材のうち、呼吸・循環管理用資機材及び観察用資機材等は次のとおりとする。

	品 名	規格・型式	数量
1	携帯型パルスオキシメーター	コニカミノルタ P U L S O X - N e o	4 個
2	頸椎固定器具	レールダル スティフネックセレクト 1 個	1 式
		スティフネック小児用 1 個	
3	聴診器	リットマン カーディオロジーⅣステススコープ 成人・小児両用(ネイビーブルー)	1 個

4	噴霧消毒器	500cc ハンド自在スプレー	1 個
5	体温計	けんおんくんMC-5 1 0	1 個
6	止血帯	C A T 止血帯 Gen 7 (オレンジ) 2 個、(ブルー) 1 個	3 個
7	ヘッドイモビライザー	ファーノ ヘッドイモビライザーモデル 445 (バックボード用) ファーノ ヘッドイモビライザーモデル 445-SP (スクーフストレッチャー用) (各 2 個)	1 式
8	酸素ボンベ 1 0 0 型	アルミ ロレット型「E 1 1 0」打刻印付	1 本
9	汚物入れ	2 1 cm 程度 ステンレス製	1 個
1 0	受水盆	7 0 0 ml 目盛り付き	1 個
1 1	救急バック	ファーノ モデル 5 1 3 5	1 個
1 2	携帯自動式吸引器	L S U 4 0 0 0 (AC・サイドホース・ショルダーストラップ付) 予備バッテリー付	1 式
1 3	布担架	エアーストレッチャー FDM CYF-DM 2	1 式
1 4	ブレイクアウェイストレッチャー	ファーノ プラスチック スライディングバー #12-C 用 ボトムシート マルーン #12-C 用×2	1 式
1 5	簡易携帯型ガートル台	ナビス 往診用イルリガートル台	1 式
1 6	資機材用充電電池	エボルタ (単 3 × 1 6 本、単 4 × 3 2 本) 充電器 1 個	1 式
1 7	ハサミ	万能ハサミ 1 本 レスキューシザーⅡ 1 本 臍帯剪刀 (ステンレス製) 1 本	1 式
1 8	携帯用人工呼吸器用減圧弁	F L W 減圧弁ヨーク型 プロテクター付 バックパック 3 0 0 ソフトケース 2 個 ガスサプライバルブ (アダプター付)	1 式
1 9	血圧計	タイコス アネロイドウォール型 1 式 アネロイドハンド型 D S 5 8 1 個 成人用カフ 1 個 小児用カフ 1 個 乳児用カフ 1 個 ダブルジッパーバック 1 個 カフポートプラグ 4 個	1 式
2 0	バッテリーパック	S B - 2 2 0 V	2 個
2 1	除細動パッド	P 5 2 1 (1 0 組入)	1 箱
2 2	テプラカートリッジ	幅 1 2 mm 白・透明 (各 2 個)	4 個
2 3	イヤホンマイク	Bluetooth ヘッドセット	2 個
2 4	人工呼吸用マスク	シリコンマスク サイズ 5 ・ 4 ・ 2 (各 2 個)	6 個
2 5	ホルターカード	Q M - 0 0 2 D	1 式
2 6	ディスポ電極ビトロード	L - 1 5 0 x	2 箱

27	経鼻エアウェイ	SMUエアウェイ サイズ 6mm・7mm・8mm・9mm (各1本)	1式
28	ラリングアルチューブ	サクションLTS サイズ 3・4 (各1本)	1式
29	バッグ	トーマス トランスポートバッグMサイズ 赤色	1個
30	自動心臓マッサージ器	LUCAS3 一式 ・AC電源アダプタ ・予備バッテリー ・バッテリー充電器 ・ディスプレイ吸着カップ (3個入) ・バックプレート (スリムタイプ) ・バックプレート (スリムタイプ) グリップテープ ・安定用ストラップ ・患者ストラップ (2個入)	1式

4 【補助対象外】

当組合の高規格救急自動車仕様書において、補助対象外のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品 名	規格・型式	数量
1	マギール鉗子	18cm	1個